

## Параметры пробы

Наименование пробы: \_\_\_\_\_

Температура: \_\_\_\_\_ Давление: \_\_\_\_\_

Особые примечания о составе: \_\_\_\_\_

Организация: \_\_\_\_\_

Контактное лицо (ФИО, должность): \_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_

Эл.почта: \_\_\_\_\_

Конечный заказчик: \_\_\_\_\_



## Параметры блока преобразовательного

Исполнение	щитовое	<input type="checkbox"/>	Электропитание	220 В	<input type="checkbox"/>	Протокол обмена данными	ModBus RTU	<input type="checkbox"/>
	настенное	<input type="checkbox"/>		36 В	<input type="checkbox"/>		Оригинальный протокол ВЗОР	<input type="checkbox"/>

## Комплектация

		Наименование	Каналы измерения	
			1	2
1. Датчик кислородный		ДК-409Т	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Тип гидропанели	<i>удаленное размещение блока преобразовательного (низкая)</i>	ГП-409Т/1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>размещение блока преобразовательного на панели (высокая)</i>	ГП-409Т/2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>размещение на стойках</i>	ГП-409Т/С	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Длина кабеля соединительного	1,5м		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1,5-100 м (укажите значение)	ВК409/509.L		

Количество приборов в данной комплектации: \_\_\_\_\_

Каталог оборудования на сайте [www.vzornn.ru](http://www.vzornn.ru)