КАРТА ЗАКАЗА водородомера МАРК-509

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ВЗОР
ДЛЯ ЭКОЛОГИИ И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

Параметры пробы

Наименование пробы: _____

Температура: _____ Давление: _____ pH: _____

Особые примечания о составе:

Организация: _____

Контактное лицо (ФИО, должность):

_____

Тел.: _____

Эл.почта: _____

Конечный заказчик: _____

_____

Параметры блока преобразовательного

Исполнение

щитовое ☐

настенное ☐

Электропитание

220 В ☐

36 В ☐

Комплектация

			Наименование	Каналы измерения 1	Каналы измерения 2
1. Датчик водородный			ДВ-509	☐	☐
2. Тип гидравлического устройства	гидропанель	*со стабилизатором водного потока, подача пробы - с помощью* ***входного штуцера Ønаруж. 8мм***	ГП-409	☐	☐
	гидропанель	*со стабилизатором водного потока, подача пробы - через обжимной фитинг с помощью подводящей* ***металлической трубки Ønаруж.6х1***	ГП-409-01	☐	☐
	гидропанель	*стабилизация потока и защита по температуре осуществляется при помощи УПП*	ГП-409-02	☐	☐
	гидропанель	*размещение блока преобразовательного на панели*	ГП-409С	☐	☐
	модуль стабилизации потока	*подача пробы с помощью* ***штуцера Ønаруж. 8мм***	МС-402М	☐	☐
	модуль стабилизации потока	*подача пробы с помощью* ***обжимного фитинга под трубку Ønаруж. 6мм***	МС-402М/1	☐	☐
2. Длина кабеля соединительного	5м			☐	☐
	5-100 м (укажите значение)		ВК409/509.L		

Количество приборов в данной комплектации: _____

Каталог оборудования на сайте www.vzornn.ru