

## КАРТА ЗАКАЗА кондуктометра МАРК-603

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ



ДЛЯ ЭКОЛОГИИ И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

<p>Параметры пробы _____</p> <p>Наименование пробы: _____</p> <p>Особые примечания о составе:</p>	<p>Организация: _____</p> <p>Контактное лицо (ФИО, должность): _____</p> <p>Тел.: _____</p> <p>Эл.почта: _____</p> <p>Конечный заказчик: _____</p>
---	--

Комплектация		Наименование	Тех. документация	Заказ
<b>Датчик проводимости</b>	диапазон УЭП: 0-2000 мкСм/см; точность $\pm(0,003+0,015*\text{æ})$	ДП-015	ВР41.02.000	<input type="checkbox"/>
	диапазон УЭП: 0-20000 мкСм/см; точность $\pm(0,05+0,015*\text{æ})$	ДП-15	ВР41.03.000	<input type="checkbox"/>
<b>Несущая панель</b>		НП603	ВР41.08.100	<input type="checkbox"/>
<b>Ионно-обменная колонка</b>		ИОК603	ВР41.08.200	<input type="checkbox"/>
<b>Источник питания от сети 220В</b>		ИЭС4-050150		<input type="checkbox"/>
<b>Аккумуляторы типа АА</b>	(если требуются, укажите кол-во, кратное 2шт)			

Количество приборов в данной комплектации: \_\_\_\_\_

Каталог оборудования на сайте [www.vzornn.ru](http://www.vzornn.ru)