ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СЕРТИФИКАТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 19305 от 30 октября 2025 г.

Срок действия до 31 августа 2031 г.

Наименование типа средств измерений:
Анализаторы растворенного водорода МАРК-509А

Производитель:
ООО «ВЗОР», г. Нижний Новгород, Российская Федерация

Выдан:
ООО «ВЗОР», г. Нижний Новгород, Российская Федерация

Документ на поверку:
ВР74.00.000РЭ «Анализаторы растворенного водорода МАРК-509А. Руководство по эксплуатации»

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 30.10.2025 № 140
Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя И.А.Кисленко