



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью "ВЗОР".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 603003, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, помещение 2. ОГРН: 1025203565166. Телефон: +7(831)282-98-00. Адрес электронной почты: market@vzor.nnov.ru.

**в лице:** директор Киселев Евгений Валентинович

**заявляет, что** Кондуктометр-солемер МАРК-602 в исполнениях: МАРК-602, МАРК-602МП, МАРК-602Т, МАРК-602/36, МАРК-602МП/36, МАРК-602Т/36, МАРК-602/1, МАРК-602МП/1, МАРК-602Т/1, МАРК-602/1/36, МАРК-602МП/1/36, МАРК-602Т/1/36

**изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью "ВЗОР".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 603003, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, помещение 2.

**продукция изготовлена в соответствии с** ТУ 26.51.53-025-39232169-2020 "Кондуктометр-солемер МАРК-602. Технические условия".

**Код ТН ВЭД ЕАЭС** 9027890000

Серийный выпуск

#### соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

#### Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 02/2025 от 10.10.2025. Отдел испытаний продукции ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области".

Протокол испытаний № 23-2020 от 10.08.2020. Акционерное общество "Государственный центр стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения в области электромагнитной совместимости" (АО "ГЦМО ЭМС").

**Схема декларирования:** 1д.

#### Дополнительная информация

Применяемые стандарты: ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования"; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 "Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования".

Условия хранения - 1 по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. Средний срок службы - не менее 10 лет. Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 04.12.2025.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.12.2030 включительно.**



(подпись)

Киселев Евгений Валентинович

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**

ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.21822/25

**Дата регистрации декларации о соответствии:**

04.12.2025

**QR-код**

