

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ



ДЛЯ ЭКОЛОГИИ И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

# **ГИДРОПАНЕЛЬ ГП-409Т**

*Паспорт*

**ВР40.17.100ПС**

**г. Нижний Новгород 2022 г.**

ООО «ВЗОР» будет благодарно за любые предложения и замечания, направленные на улучшение качества гидропанели.

При возникновении любых затруднений при работе с изделием обращайтесь к нам письменно или по телефону.

почтовый адрес	603000 г. Н.Новгород, а/я 80
отдел маркетинга	(831) 282-98-00 market@vzor.nnov.ru
сервисный центр	(831) 282-98-02 service@vzor.nnov.ru
http:	www.vzornn.ru

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В изделии допускаются незначительные конструктивные изменения, не отраженные в настоящем документе и не влияющие на технические характеристики и правила эксплуатации.

## 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на гидропанель ГП-409Т (в дальнейшем – гидропанель) ВР40.17.100РЭ.

1.2 При передаче гидропанели в гарантийный ремонт паспорт ВР40.17.100ПС передается вместе с гидропанелью.

## 2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

### 2.1 Наименование и обозначение изделия

Гидропанель ГП-409Т/1 ВР40.17.100

Гидропанель ГП-409Т/2 ВР40.17.100-01

Гидропанель ГП-409Т/С ВР40.17.100-02

№ \_\_\_\_\_

Дата изготовления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  
(число) (месяц)

### 2.2 Информация об изготовителе

Общество с ограниченной ответственностью «ВЗОР» (ООО «ВЗОР»)

Юридический адрес: 603003, г. Нижний Новгород,  
ул. Заводской парк, д. 33, помещение 2.

Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, а/я 80.

Телефон/факс (831) 282-98-00

E-mail: market@vzor.nnov.ru

http: www.vzornn.ru

## 2.3 Основные технические данные

Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации ВР40.17.100РЭ.

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки гидропанели соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование	Обозначение	Количество на исполнение ГП-		
		409Т/1	409Т/2	409Т/С
1 Гидропанель ГП-409Т	ВР40.17.100	1	–	–
	ВР40.17.100-01	–	1	–
	ВР40.17.100-02	–	–	1
2 Комплект монтажных частей: – трубка AISI 316L (подводящая) – 1 шт.; $\varnothing_{\text{наруж.}} 6 \times 1$ ; L = 500 мм – трубка ПВХ СТ-18 (сливная) – 1 шт. $\varnothing_{\text{внутр.}} 16 \times 2$ ; L = 500 мм	ВР40.17.230 – –	1 – –	– – –	– – –
3 Комплект монтажных частей: – трубка AISI 316L (подводящая) – 1 шт.; $\varnothing_{\text{наруж.}} 6 \times 1$ ; L = 500 мм – трубка ПВХ СТ-18 (сливная) – 1 шт.; $\varnothing_{\text{внутр.}} 16 \times 2$ ; L = 500 мм – винт М4×16 – 4 шт.	ВР40.07.360 – – –	– – –	1 – –	– – –
4 Комплект монтажных частей: – трубка AISI 316L (подводящая) – 1 шт.; $\varnothing_{\text{наруж.}} 6 \times 1$ ; L = 500 мм – трубка ПВХ СТ-18 (сливная) – 1 шт.; $\varnothing_{\text{внутр.}} 16 \times 2$ ; L = 500 мм – винт М4×16 – 4 шт.; – болт М8×55 – 4 шт.; – гайка М8 – 4 шт.; – шайба А8 – 8 шт.	ВР40.07.560 – – – – – –	– – – – – –	– – – – – –	1 – – – – –
5 Руководство по эксплуатации	ВР40.17.100РЭ	1	1	1
6 Паспорт	ВР40.17.100ПС	1	1	1

## 4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие гидропанели требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия-изготовителя, если иное не установлено договором.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия, поставляемого на экспорт, – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада предприятия-изготовителя.

4.4 Изготовитель обязан в течение гарантийного срока бесплатно ремонтировать изделие при выходе его из строя, либо при ухудшении технических характеристик не по вине потребителя.

4.5 В гарантийный ремонт принимаются изделия в упаковке, обеспечивающей сохраняемость изделий при их транспортировании и хранении, в комплекте с паспортом на изделие и оригиналом рекламации.

4.6 Гарантийные обязательства прекращаются при:

- нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия, установленных в руководстве по эксплуатации;
- наличии признаков несанкционированного ремонта;
- механических повреждениях.

## 5 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

5.1 В случае обнаружения некомплектности при получении гидропанели потребитель должен предъявить рекламацию по адресу:

Е-mail: market@vzor.nnov.ru

Телефон/факс: (831) 282-98-00

Почтовый адрес: 603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «ВЗОР».

5.2 В случае выявления неисправности в период гарантийного срока потребитель должен предъявить рекламацию по адресу:

Е-mail: service@vzor.nnov.ru

Телефон/факс: (831) 282-98-02

Почтовый адрес: 603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «ВЗОР».

5.3 Рекламация предъявляется письменно с указанием некомплектности или неисправности.



## **8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Утилизация гидропанели и ее составных частей, признанных не соответствующими технической документации, пришедших в негодность в период эксплуатации (транспортирования, хранения, использования по назначению) и не подлежащих ремонту, осуществляется с учетом требований национальных норм и правил по охране окружающей среды.