

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВРЕЗКИ В МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД

Этикетка ВР56.02.320ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Комплект для врезки в магистральный трубопровод ВР56.02.320 (далее – комплект) используется для обеспечения измерений в магистральном трубопроводе кондуктометр/концентратомером МАРК-1102 ТУ 4215-033-39232169-2009.

Труба ВР56.02.321, входящая в комплект, выполнена из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Трубу ВР56.02.321 вваривать вертикально, только в горизонтальный трубопровод.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ данный комплект при работе с соляной кислотой!

Правила использования комплекта по назначению – в соответствии с руководством по эксплуатации на кондуктометр/концентратомер МАРК-1102 ВР56.00.000РЭ.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Наименование	Обозначение	Количество
1 Комплект для врезки в магистральный трубопровод:	ВР56.02.320	1
– труба – 1 шт.;	ВР56.02.321	
– гайка – 1 шт.;	ВР56.02.311	
– гайка $G_{\text{внутр}} \frac{3}{4}$ – 1 шт.;	–	
– кольцо резиновое уплотнительное (типоразмер 046-052-36 по ГОСТ 9833-73) – 1 шт.	–	
2 Этикетка	ВР56.02.320ЭТ	1

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Комплект для врезки в магистральный трубопровод в количестве ____ шт.
упакован ООО «ВЗОР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей
технической документации.

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи
« _____ »	_____	_____
	20 _____	г.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия изделий № _____ изготовлена и принята в соответствии с дей-
ствующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Количество в упаковке _____ шт.

Начальник ОТК
М.П.

_____	_____
личная подпись	расшифровка подписи
« _____ »	_____
	20 _____
	г.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня отгрузки со склада предпри-
ятия-изготовителя.

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения некомплектности потребитель должен предъявить
рекламацию в письменном виде по адресу:

E-mail: market@vzor.nnov.ru
Телефон/факс: (831) 229-65-30, 412-39-53
Почтовый адрес: 603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «ВЗОР».

7 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В комплекте для врезки в магистральный трубопровод отсутствуют детали и изделия из драгоценных материалов.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование комплекта для врезки в магистральный трубопровод в упаковке предприятия-изготовителя в условиях 5 по ГОСТ 15150-69 по правилам и нормам, действующим на каждом виде транспорта.

8.2 Хранение комплекта для врезки в магистральный трубопровод в упаковке предприятия-изготовителя в условиях 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.