

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 38221-18

Срок действия утверждения типа до 22 октября 2028 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Анализаторы растворенного кислорода МАРК-303

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ВЗОР" (ООО "ВЗОР"),
г. Нижний Новгород

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ВР47.00.000РЭ, приложение А

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год - для исп. МАРК-303Т и МАРК-303Э; 2 года - для
исп. МАРК-303М

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 августа 2023 г. N 1756
(с учетом изменений, внесенных приказом от 9 февраля 2024 г. N 353).

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E9C42A3360155561666DB4E2ED5F7B52
Кому выдан: Кузьмин Александр Михайлович
Действителен: с 18.12.2023 до 12.03.2025

А.М.Кузьмин



«12» февраля 2024 г.